



SERVICIO TECNICO- ASESORIAS
CALIBRACION - CERTIFICACION
EQUIPOS DE PESAJE ® ISO-9000

Certificado de Calibración

Certificado N°: asdfasd32w4223

Fecha: 4 de enero de 2024 6:16

Identificación del Cliente

Cliente: AGRICOLA AGROBERRIES S.P.A
Dirección: ALONSO DE CORDOVA N° 4125 – PISO 8

Rut: 76.169.449-9
Comuna: VITACURA - SANTIAGO

Correlación de Calibración

Fecha de Calibración: 2023-12-28
Sello de Calibración: 4223

Vence: 2024-12-28

Identificación del Equipo

Tipo de instrumento: Balanza de Pedestal con Bluetooth
Ubicación del equipo: Fundo ADQUE – San José de Mariquina - Valdivia
Lugar: campo
Modelo: TCS-60
Código Interno: BA-01
Escalafón real (d): 10gr
Clasificación de Exactitud: Clase III

Marca: TCS-SCALE
N° Serie: N/A
Capacidad máxima: 60Kg
Escalafón de verificación (e): 10gr

Condiciones de Calibración

Norma de Referencia: OIML R76-1, 2006
Temperatura (°C): 15 + 4

Procedimiento Interno: OIML R76-1, 2006
Humedad relativa (%): 35 + 1

Trazabilidad de Calibración

Rango Patrón Utilizado: Set de masas de 5 y 10 Kg
Certificados Calibración: SMA-94146 – SMA-94148
Trazabilidad: CESMEC – LCPN de Masa de Chile

Identificación de patrón: M2
Vigencia Patrón Utilizado: Vigentes

Conformidad

Los resultados de la calibración del instrumento antes identificado, cumplen con los principales requerimientos metrológicos establecidos en la norma de OIML R76-1. (Organización Internacional de Metrología legal).

SERVITECNO®
SERVICIO CALIBRACION

ORREGO LUCO 1227 - RANCAGUA FONO Cel. 9-93481710

Email: servitecnoiso9001@gmail.com