

Certificado de Calibración

Certificado N°: 567nmhgcgh

Fecha: 20 de enero de 2024 15:17

Identificación del Cliente

Cliente: AGRICOLA AGROBERRIES S.P.A

Rut: 76.169.449-9

Dirección: ALONSO DE CORDOVA N° 4125 – PISO 8

Comuna: VITACURA - SANTIAGO

Correlación de Calibración

Fecha de Calibración: 2024-01-20

Vence: 2025-01-20

Sello de Calibración: 567

Identificación del Equipo

Tipo de instrumento: Balanza de Pedestal con Bluetooth

Ubicación del equipo: Fundo ADQUE – San José de Mariquina - Valdivia

Lugar: campo

Marca: TCS-SCALE

Modelo: TCS-60

N° Serie: N/A

Código Interno: BA-01

Capacidad máxima: 60Kg

Escalafón real (d): 10gr

Escalafón de verificación (e): 10gr

Clasificación de Exactitud: Clase III

Condiciones de Calibración

Norma de Referencia: OIML R76-1, 2006

Procedimiento Interno: OIML R76-1, 2006

Temperatura (°C): 23-9

Humedad relativa (%): 56

Trazabilidad de Calibración

Rango Patrón Utilizado: Set de masas de 5 y 10 Kg

Identificación de patrón: M2

Certificados Calibración: SMA-94146 – SMA-94148

Vigencia Patrón Utilizado: Vigentes

Trazabilidad: CESMEC – LCPN de Masa de Chile

Conformidad

Los resultados de la calibración del instrumento antes identificado, cumplen con los principales requerimientos metrológicos establecidos en la norma de OIML R76-1. (Organización Internacional de Metrología legal).