

Certificado de Calibración

Certificado N°: Dueudjdh75467 **Fecha:** 4 de enero de 2024 19:10

Identificación del Cliente

Cliente: AGRICOLA AGROBERRIES S.P.A **Rut:** 76.169.449-9
Dirección: ALONSO DE CORDOVA N° 4125 – PISO 8 **Comuna:** VITACURA - SANTIAGO

Correlación de Calibración

Fecha de Calibración: 2023-12-01 **Vence:** 2024-12-04
Sello de Calibración: 34456

Identificación del Equipo

Tipo de instrumento: Balanza de Pedestal con Bluetooth
Ubicación del equipo: Fundo ADQUE – San José de Mariquina - Valdivia
Lugar: campo **Marca:** TCS-SCALE
Modelo: TCS-60 **N° Serie:** N/A
Código Interno: BA-01 **Capacidad máxima:** 60Kg
Escalafón real (d): 10gr **Escalafón de verificación (e):** 10gr
Clasificación de Exactitud: Clase III

Condiciones de Calibración

Norma de Referencia: OIML R76-1, 2006 **Procedimiento Interno:**OIML R76-1, 2006
Temperatura (°C): 34 **Humedad relativa (%):**56

Trazabilidad de Calibración

Rango Patrón Utilizado: Set de masas de 5 y 10 Kg **Identificación de patrón:**M2
Certificados Calibración:SMA-94146 – SMA-94148 **Vigencia Patrón Utilizado:**Vigentes
Trazabilidad:CESMEC – LCPN de Masa de Chile

Conformidad

Los resultados de la calibración del instrumento antes identificado, cumplen con los principales requerimientos metrológicos establecidos en la norma de OIML R76-1. (Organización Internacional de Metrología legal).

ORREGO LUCO 1227 - RANCAGUA FONO Cel. 9-93481710

Email: servitecnoiso9001@gmail.com