

Certificado de Calibración

Certificado N°: Fecha: 22 de junio de 2025 16:40

Identificación del Cliente

Cliente: AGRICOLA AGROBERRIES S.P.A Rut: 76.169.449-9
Dirección: ALONSO DE CORDOVA N° 4125 – PISO 8 Comuna: VITACURA - SANTIAGO

Correlación de Calibración

Fecha de Calibración: 2025-06-21 Vence: 2025-06-23
Sello de Calibración: 4564564556

Identificación del Equipo

Tipo de instrumento: Balanza de Pedestal con Bluetooth
Ubicación del equipo: Fundo ADQUE – San José de Mariquina - Valdivia
Lugar: campo Marca: TCS-SCALE
Modelo: TCS-60 N° Serie: N/A
Código Interno: BA-01 Capacidad máxima: 60Kg
Escalafón real (d): 10gr Escalafón de verificación (e): 10gr
Clasificación de Exactitud: Clase III

Condiciones de Calibración

Norma de Referencia: OIML R76-1, 2006 Procedimiento Interno:OIML R76-1, 2006
Temperatura (°C): 89 Humedad relativa (%):34

Trazabilidad de Calibración

Rango Patrón Utilizado: Set de masas de 5 y 10 Kg Identificación de patrón:M2
Certificados Calibración:SMA-94146 – SMA-94148 Vigencia Patrón Utilizado:Vigentes
Trazabilidad:CESMEC – LCPN de Masa de Chile

Conformidad

Los resultados de la calibración del instrumento antes identificado, cumplen con los principales requerimientos
metrológicos establecidos en la norma de OIML R76-1. (Organización Internacional de Metrología legal).

ORREGO LUCO 1227 - RANCAGUA FONO Cel. 9-93481710

Email: servitecnoiso9001@gmail.com